

Torque Linee di coppia Equivalenza valori di Torque			EndoWave J.Morita
Linea 1	(0.3 N/cm)	(30 g/cm)	10/02
			15/02
			20/02
			25/02
			15/04
			20/04
Linea 2	(0.6 N/cm)	(60 g/cm)	25/04
			30/04
			35/04
Linea 3	(0.9 N/cm)	(90 g/cm)	40/04
			20/06
			25/06
			30/06
Linea 4	(1.2 N/cm)	(120 g/cm)	40/06
Linea 5	(1.5 N/cm)	(150 g/cm)	35/08
Linea 6	(1.8 N/cm)	(180 g/cm)	
Linea 7	(2.5 N/cm)	(250 g/cm)	
Linea 8	(3.0 N/cm)	(300 g/cm)	
Linea 9	(3.4 N/cm)	(350 g/cm)	
Linea 10	(3,9 N/cm)	(400 g/cm)	
Linea 11	(4.9 N/cm)	(500 g/cm)	

Sistema Dentaport SET

Equivalenza valori di Torque

Linea 1:	30 g/cm	0,3 Ncm
Linea 2:	60 g/cm	0.6 N/cm
Linea 3:	90 g/cm	0.9 N/cm
Linea 4:	120 g/cm	1.2 N/cm
Linea 5:	150 g/cm	1.5 N/cm
Linea 6:	180 g/cm	1.8 N/cm
Linea 7:	250 g/cm	2.5 N/cm
Linea 8:	300 g/cm	3.0 N/cm
Linea 9:	350 g/cm	3.4 N/cm
Linea 10:	400 g/cm	3,9 N/cm
Linea 11:	500 g/cm	4.9 N/cm